



PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Univerzitet u Novom Sadu

FACULTY OF SCIENCES
University of Novi Sad

TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 3, 21000 NOVI SAD, SRBIJA (SERBIA)

tel +381.21.455.630 fax +381.21.455.662 e-mail dekan@pmf.uns.ac.rs web www.pmf.uns.ac.rs

PIB 101635863 MB 08104620

Broj: 0601-3/33-20

Datum: 19.02.2018.

Predmet: Materijal za obrazovanje i nauku - Sitna
laboratorijska oprema, po partijama
- zahtev za pojašnjenje – odgovor na zahtev.

Saglasno odredbi člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br. 124/12, 14/15 i 68/15), na traženje pojašnjenja odnosno dodatnih informacija, dostavljamo sledeći odgovor:

Pitanje:

Partija br. 2 Vage: - da li je prihvatljivo ponuditi analitičku vagu sa tasom dia 90mm
- da li je prihvatljivo ponuditi tehničku vagi mernog ospega 600g
- da li je prihvatljivo ponuditi tehničku vagu linearnosti 0.03g
- da li je prihvatljivo ponuditi tehničku vagu sa tasom većeg dia.

Partija br. 3 Laboratorijska kupatila - pozicija 2 vođeno kupatilo sa 6 radnih mesta šta podrazmevate pod otvorom

- dia 131mm, prečnik otvora bez ringlica ili je to prečnik otvora najveće ringlice

Partija br. 7 Centrifuga sa hlađenjem - da li je prihvatljivo ponuditi centrifugu temp. opsega -9 do +40 C

- da li je prihvatljivo ponudi centzrifugu koja je teža od 19kg
- da li je prihvatljiv tajmer 0-9999 min
- da li je prihvatljiv veći RCF od traženog

Odgovor:

- Partija broj 2. Vage - nije prihvatljivo ponuditi vagu sa karakteristikama navedenim u zahtevu za pojašnjenje.

Partija broj 3. laboratorijska kupatila – pozicija 2.

- pod otvorom se podrazumeva prečnik otvora najveće ringlice.

Partija broj 7. Centrifuga sa hlađenjem - nije prihvatljivo ponuditi centrifugu sa karakteristikama navedenim u zahtevu za pojašnjenje

Napred navedeni odgovor biće objavljen 19.02.2017. godine na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.



KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU
Predsednik Komisije

Dr Vesna Pešić, stručni saradnik