

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Univerzitet u Novom Sadu

FACULTY OF SCIENCES
University of Novi Sad

TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 3, 21000 NOVI SAD, SRBIJA (SERBIA)

tel +381.21.455.630 fax +381.21.455.662 e-mail dekan@pmf.uns.ac.rs web www.pmf.uns.ac.rs

PIB 101635863 MB 08104620

Broj: 0601-1/13-18

Datum: 15.04.2019.

Predmet: Materijal za obrazovanje i nauku – Sitna laboratorijska oprema po partijama
- dodatne informacije - pojašnjenja.

U skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15, daljem tekstu: ZJN), na traženje pojašnjenja odnosno dodatne informacije, dostavljamo sledeći odgovor:

Pitanje

U specifikaciji destilatora je navedeno da kapacitet treba da bude minimum 5 litara na sat a istovremeno snaga grejača da bude 2,5 kW.

Za isparavanje 1L vode je potrebno otprilike 0,7 kW, što bi značilo da se sa grejačima ukupne snage 2,5 kW može dobiti maksimalno 3,6 L/h destilovane vode. Za dobijanje 5 L/h destilovane vode je potrebno 3,5 kW.

Koji od ova dva parametra je bitniji i limitirajući - kapacitet 5 l/h ili snaga 2,5 kW?


Odgovor

U poglavlju II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJA), KVALITET, KOLIČINA I OPIS USLUGE, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA i OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE (Obrzac 1), pod 5) OPIS PREDMETA NABAVKE, u tabelama, tekst za partiju 2. Sitna laboratorijska oprema za potrebe Departmana za fiziku menja se i glasi:

- "- kapacitet 5 litara na sat,
- spoljašnjost i unutrašnjost izrađeni od prohroma,
- visok kvalitet destilovane vode,
- napajanje monofazno,
- ekonomična proizvodnja,
- staklo za sagledavanje nivoa,
- napajanje 220v,
- snaga grejača 4,5 KW,
- dimenzije 390x280x900mm"

Shodno napred navedenom biće sačinjen prečišćen tekst Konkursne dokumentacije, koji će biti objavljen 15.04.2019. godine na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

Imajući u vidu izvršene izmene predmetne Konkursne dokumentacije, produžava se rok za podnošenje ponuda do 22.04.2019. godine (ponedeljak) do 09:00 sati, dok će se otvaranje ponuda obaviti istog dana, sa početkom u 11:00 sati.



KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU
Predsednik Komisije

Prof. dr Slobodan Gadžurić