



Природно-математички факултет
Универзитет у Новом Саду

Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад, Србија
тел 021.455.630 факс 021.455.662 e-mail dekan@pmf.uns.ac.rs web www.pmf.uns.ac.rs
ПИБ 101635863 МБ 08104620

Број: 0601-1/23-11

Датум: 01.08.2019. године

Природно-математички факултет, као Наручилац, спроводи отворени поступак јавне набавке добара – **Атомски апсорпциони спектрофотометар за потребе Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине**, број јавне набавке 0601-1/23, а за коју су Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 12.07.2019. године. Заинтересована лица су дана 30.07.2019. године и 31.07.2019. године, доставила Наручиоцу путем електронске поште Захтеве за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде.

У складу са чланом 54. и 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), објављујемо одговоре на:

1. Питање:

(непотребно изостављено) Обзиром да сваки произвођач има карактеристичан оптички систем који је у спрези са различитим типовима монохроматора, један од модела је и тзв. Czerny Turner тип, карактеристика као и Echelle тип, са истим бројем линија, јер је у питању „True Dual Atomizer“, а произвођач је тај систем назвао по типу дифракционе решетке. Да ли је прихватљиво да се понуди Монохроматор Czerny Turner типа?

Одговор Наручиоца: Прихватљиво је понудити други тип монохроматора.

2. Питање

(непотребно изостављено) Да ли је прихватљиво понудити уређај са аутоматским подешавањем спектралне ширине 0.2, 0.7, 1.3 и 2.0?

Одговор Наручиоца: У складу са нашим потребама анализе, потребан нам је уређај са променљивом спектралном ширином у ужем опсегу, као што је и наведено од 0.2, 0.5 и 1.

3. Питање

(непотребно изостављено) С обзиром да је тендер расписан за набавку опреме, а не за транспорт опасног – неопасног отпада, сматрамо да захтев треба да избаците из Конкурсне документације, јер нема додирних тачака са набавком нове опреме. Овлашћени дистрибутери лабораторијске опреме нису у обавези да поседују овакву дозволу, па Вас молим да тражени захтев избаците из документације или да омогућите учествовање са подуговарачима који имају овакву врсту дозволе.

Одговор Наручиоца: У питању је превид, те ће Наручилац изменити Конкурсну документацију.

4. Питање

Да ли ћете прихватити уређај који има монохроматор са Littrow-им дизајном? (непотребно изостављено)

Одговор Наручиоца: Прихватљиво је понудити други тип монохроматора.

5. Питање

Да ли ћете прихватити понуду уколико Вам се понуди уређај који има слитове 0.2, 0.7 и 2.0 нм? (непотребно изостављено)

Одговор Наручиоца: У складу са нашим потребама анализе, потребан нам је уређај са



Природно-математички факултет
Универзитет у Новом Саду

Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад, Србија

тел 021.455.630 факс 021.455.662 e-mail dekan@pmf.uns.ac.rs web www.pmf.uns.ac.rs

ПИБ 101635863 МБ 08104620

променљивом спектралном ширином у ужем опсегу, као што је и наведено од 0.2, 0.5 и 1. У нашем обиму акредитације, као и у методи по којој радимо, нису наведени слитови. Свакако, за научно истраживачке потребе не користимо само методе наведене у обиму акредитације, а такође се стално ради на развоју нових метода.

С поштовањем,

Природно-математички факултет

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 0601-1/23