



PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Univerzitet u Novom Sadu

FACULTY OF SCIENCES
University of Novi Sad

TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 3, 21000 NOVI SAD, SRBIJA (SERBIA)

tel +381.21.455.630 fax +381.21.455.662 e-mail dekanpmf@uns.ac.rs web www.pmf.uns.ac.rs

PIB 101635863 MB 08104620

Broj: 0601-49/4-16

Datum: 22.02.2016.

Predmet: Laboratorijska centrifuga sa rezervnim delovima i potrošnim materijalom neophodnim za rad centrifuge za potrebe projekta SCOPES IZ73Z0_152527/1, Departman za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
- dodatne informacije - pojašnjenja.

Poštovani,

Saglasno odredbi člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br. 124/12, 14/15 i 68/15), na traženje pojašnjenja odnosno dodatne informacije, dostavljamo sledeći odgovor:

Pitanje

Poštovani, molimo vas da nam pojasnite sledeće vezano za javnu nabavku broj 02/2016


- da li je prihvatljivo ponuditi centrifugu čije su dimenzije veće do 10% od navedenih?
- da li je prihvatljivo ponuditi centrifugu čiji je nivo buke $\leq 60\text{dB}$?
- da li je prihvatljivo ponuditi centrifugu koja ima 9 nivoa ubrzanja, I 10 nivoa kočenja?

Odgovor

Nije prihvatljivo da se ponudi centrifuga čije su dimenzije veće od navedenih.

Prihvatljivo je ponuditi centrifugu čiji je maksimalni nivo buke $\leq 60\text{ db}$.

Nije prihvatljivo ponuditi centrifugu koja ima samo 9 nivoa ubrzanja i 10 nivoa kočenja.



Predsednik Komisije

Dr. Dragan Radnović, redovni profesor