



PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Univerzitet u Novom Sadu

FACULTY OF SCIENCES
University of Novi Sad

TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 3, 21000 NOVI SAD, SRBIJA (SERBIA)

tel +381.21.455.630 fax +381.21.455.662 e-mail dekan@pmf.uns.ac.rs web www.pmf.uns.ac.rs

PIB 101635863 MB 08104620

Broj: 0601-1/34-14

Datum: 15.11.2019.

Predmet: Materijal za obrazovanje i nauku – Sitna laboratorijska oprema
– Analitička vaga, za potrebe Departmana za biologiju i ekologiju
– dodatne informacije – pojašnjenje.

U skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, broj 124/12, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: ZJN), na traženje pojašnjenja odnosno dodatnih informacija, dostavljamo sledeći odgovor:

Pitanje 1

U konkursnoj dokumentaciji na strani 4 Od 42, u delu "Vrsta, tehnicke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobra, način sprovođenja kontrole i garancije kvaliteta, rok izvršenja." U delu naziv opreme sa opisom karakteristika tražena je analitička vaga maksimalnog kapaciteta 2000g, mernog opsega 0,01 g.

Poštovani da li je možda dešlo do štamparske greške da li ste mislili na tehničku vagu?

Odgovor

Da, može da se ponudi tehnička vaga.

Pitanje 2

U konkursnoj dokumentaciji na strani 4 od 42, u delu "Vrsta, tehnicke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobra, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja .U delu naziv opreme sa opisom karakteristika tražene su dimenzije analitičke vage 230x160x68 mm.

Da li je moguće ponuditi tehničku vagu dimenzija 190x317x78 mm ? Obzirom na to da dimenzija vage varira od proizvođača do proizvođača?

Odgovor

Obzirom na potrebe i prostor u laboratoriji, Naručilac ostaje pri traženim dimenzijama.

Pitanje 3

U konkursnoj dokumentaciji na strani 4 od 42, u delu "Vrsta, tehnicke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobra, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja." U delu naziv opreme sa opisom karakteristika tražene su dimenzije tase 128 x 128mm.

Da li je moguće ponuditi tehničku vagu sa dimenzijama tase 170x180 mm? Obzirom na to da dimenzija tase varira od proizvođača do proizvođača?

Odgovor

Obzirom na potrebe i prostor u laboratoriji, Naručilac ostaje pri traženim dimenzijama.

Napred navedeni odgovor biće objavljen 15.11.2019. godine na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

PRESEDNIK KOMISIJE

Dr Olivera Bjelić Čabrilo, vanredni profesor

