



PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Univerzitet u Novom Sadu

FACULTY OF SCIENCES
University of Novi Sad

TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 3, 21000 NOVI SAD, SRBIJA (SERBIA)

tel +381.21.455.630 fax +381.21.455.662 e-mail dekan@pmf.uns.ac.rs web www.pmf.uns.ac.rs

PIB 101635863 MB 08104620

Broj: 0601-4/40-22

Datum: 19.4.2018.

Predmet: kontrolni pregled i validacija za aparate – sitna
laboratorijska oprema (termometri, vage, ph-metri,
konduktometri, transfer pipete, dispenzete, tegovi)
- dodatne informacije - pojašnjenja.

U skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15, daljem tekstu: ZJN), na traženje pojašnjenja odnosno dodatne informacije, dostavljamo sledeći odgovor:

Pitanje:

Koji je merni opseg vage, koji je termometar u pitanju, i da li su tegovi pojedinačni ili po garnituri?

Odgovor

Merni opseg analitičke vage je 0-220g

Merni opseg tehničke vage je 0-620g

Termometri su:

- stakleni živin (0-50°C)
- digitalni (50-300°C)
- digitalni (0-1000°C)

Tegovi su pojedinačni.

Pitanje:

Molimo Vas za dodatne informacije u vezi dole navedenih stavki:

Stavka br.1 – Molimo da definišete kakav termometar Vam je potreban, stakleni, digitalni, koji je temperaturni opseg, podela?

Stavka br.3 – Molimo Vas za detaljniju tehničku specifikaciju

Stavka br.5 – Da li ste mislili na plastične pipete poput Pasterovih pipeta ili na automatske pipete? I u jednom I u drugom slučaju molimo Vas da navedete zapreminu

Stavka br.6 – Molimo da navedete koji model Vam je potreban analogni ili digitalni, sa ili bez recirkulacionog ventila, koji opseg je u pitanju od 0.2-2ml, 0.5-5ml, 1-10ml, 2.5-25ml, ili 5-50ml?

Odgovor

Stavka 1. – U pitanju je stakleni živin termometar ((0-50°C)

Stavka 3. – U pitanju je pH metar 340i sa elektrodom pH Sen Tix 41

Stavka 5. – U pitanju su automatske transfer pipete (Brand, Eppendorf, Thermo),
varijabilne, različitih zapremina (10-100ul, 100-1000ul, 1-10-ml, 1000-10000ul, 0.5-5ml),
etalonirati u više tačaka.

Stavka 6. – U pitanju su analogne dispenzete (fiksne ili promenljive – 1-10ml, 2.5-25ml, 2 ml, 1 ml),
etalonirati u više tačaka.

Istovremeno, vrše se izmene i dopune konkursne dokumentacije, u smislu :

- da se u poglavlju II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJA), KVALITET, KOLIČINA I OPIS USLUGE, ROK IZVRŠENJA, u tabeli, briše stavka 4. Konduktometar i dodaju tri nove stavke:

- Frižider (komora za BPK),
- Termohigrometar i
- Etaloni spektralnog koeficijenta propustljivosti.

- da se u Obrascu ponude sa strukturom cene, pod 5) OPIS PREDMETA NABAVKE, u tabeli, briše stavka 4. konduktometar i dodaju tri nove stavke:

- Frižider (komora za BPK),
- Termohigrometar i
- Etaloni spektralnog koeficijenta propustljivosti.

- da se u Modelu ugovora, u članu 2. stav 1. briše četvrta alineja i dodaju tri nove alineje:

- Frižider (komora za BPK),
- Termohigrometar i
- Etaloni spektralnog koeficijenta propustljivosti.

U skladu sa napred navedenim izmenama i dopunama konkursne dokumentacije, biće sačinjen prečišćen tekst konkursne dokumentacije koji će biti objavljen dana 19.04.2018. godine na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

Imajući u vidu da su izvršene izmene i dopune predmetne konkursne dokumentacije, produžava se rok za dostavljanje ponuda do 24.04.2018. godine (utorak), do 09,00 sati, dok će se otvaranje ponuda obaviti istog dana sa početkom u 12,00 sati.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU
Predsednik Komisije



Dr Vesna Pešić