



PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Univerzitet u Novom Sadu

FACULTY OF SCIENCES
University of Novi Sad

TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 3, 21000 NOVI SAD, SRBIJA (SERBIA)

tel +381.21.455.630 fax +381.21.455.662 e-mail dekan@pmf.uns.ac.rs web www.pmf.uns.ac.rs

PIB 101635863 MB 08104620

Broj: 0601-4/29-24

Datum: 05.03.2018.

Predmet: kontrolni pregled i validacija za aparate – sitna
laboratorijska oprema (termometri, vage, ph-metri,
konduktometri, transfer pipete, dispencete, tegovi)
- dodatne informacije - pojašnjenja.

U skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15, daljem tekstu: ZJN), na traženje pojašnjenja odnosno dodatne informacije, dostavljamo sledeći odgovor:

Pitanje:

Imamo neke nejasnoće u vezi JAVNA NABAVKA br. 0601-4/29.

Naime, u samoj tenderskoj dokumentaciji ste naveli na jednom mestu da treba da se uradi kontrola odnosno validacija samih uređaja. Da li Vi tražite da se uradi servisna provera samih uređaja ili da se uradi etaloniranje i izdavanje uverenja o etaloniranju aparata?

Ako tražite etaloniranje, onda imajte u vidu da na licu mesta ne može da se radi termometar, transferpipeta, konduktometar, pH metar, teg (za koji niste ni naveli koja je zapremina, molim da to promenite u tenderskoj dokumentaciji i navedete koja je masa tega u pitanju i koja je klasa), Objekt mikrometar Olympus ne može isto da se radi na licu mesta i navedite koji je merni opseg samog mikrometra, i ni rotametar ne može na licu mesta. Takođe, što se tiče rotametra molim da navedete da li je za vazduh ili za vodu?

Takođe, da li tražite nešto dodatno od uslova da se priloži sem APR rešenja? Jer u samoj tenderskoj dokumentaciji nigde ne stoji da tražite neke ugovore ili obim akreditacije akreditovane laboratorije ili ugovor o zajedničkom nastupanju?

Odgovor

- Treba uraditi etaloniranje aparata i izdati uverenje o etaloniranju aparata.

- U poglavlju II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJA), KVALITET, KOLIČINA I OPIS USLUGE, ROK IZVRŠENJA, u tabeli, stavke 7, 8, i 9, menjaju se i glase:

7	Teg (mase 0,1g klasa M1, 1 g klasa M1, 1 g klasa F1, 10g klasa M1, 10 g klasa F1, 50g klasa E2, 100g klasa M1, 100g klasa E2, 200g klasa E2).
8	Rotametar, opseg 0,5-15dm ³ /min, Lanconi, Italija, (za vazduh)
9	Objekt mikrometar Olympus AX001(OB-M), proizvođač Olympus (merni opseg od 0 do 1mm, rezolucija 0,01mm)

- U poglavlju III USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA, u delu: „DODATNI USLOVI“, brišu se reči: „Ova konkursna dokumentacija ne sadrži dodatne uslove“ i dodaje tabela, sledeće sadržine:

R.br	DODATNI USLOVI	NAČIN DOKAZIVANJA
1.	POSLOVNI KAPACITET	- Kopija važećeg sertifikata SRPS ISO/IEC 17025:2006 ili odgovarajućeg - Kopija Rešenja o utvrđivanju obima akreditacije
	1.1. Ponuđač je akreditovan za obavljanje etaloniranja, prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006	

- U Poglavlju III USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA u delu: „UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA“, na strani 7/36, iza tačke 3), dodaje se tekst, sledeće sadržine:

„DODATNI USLOVI

1) Poslovni kapacitet, uslov pod rednim brojem 1. naveden u tabelarnom prikazu dodatnih uslova – Dokaz:

- Kopija važećeg sertifikata SRPS ISO/IEC 17025:2006 ili odgovarajućeg,
- Kopija Rešenja o utvrđivanju obima akreditacije“

- U OBRASCU PONUDE SA STRUKTUROM CENE, u tački 5. OPIS PREDMETA NABAVKE, u tabeli, stavke 7, 8. i 9, menjaju se i glase:

7	Teg (mase 0,1g klasa M1, 1 g klasa M1, 1 g klasa F1, 10g klasa M1, 10 g klasa F1, 50g klasa E2, 100g klasa M1, 100g klasa E2, 200g klasa E2).
8	Rotametar, opseg 0,5-15dm ³ /min, Lanconi, Italija, (za vazduh)
9	Objekt mikrometar Olympus AX001(OB-M), proizvođač Olympus (merni opseg od 0 do 1mm, rezolucija 0,01mm)

- U poglavlju VI MODEL UGOVORA, u članu 4. dodaje se drugi stav, koji glasi:

„Predmetna usluga će se, u zavisnosti od potreba i vrste aparata, vršiti u prostorijama sedišta Naručioca ili u laboratoriji Ponuđača.“

- U UPUTSTVU PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU, u tački 2. način podnošenja ponude, na strani 27/36, poslednji stav, dodati dve tačke, koje glase:

- „važeći sertifikat SRPS ISO/IEC 17025:2006 ili odgovarajući
- Rešenje o utvrđivanju obima akreditacije.“

- U UPUTSTVU PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU, u tački 11. rok izvršenja, drugi stav menja se i glasi:

„Predmetna usluga će se, u zavisnosti od potreba i vrste aparata, vršiti u prostorijama sedišta Naručioca ili u laboratoriji Ponuđača.“

Pitanje:

Uz konsultaciju sa Mašinskim fakultetom koji rade etaloniranje rotametra i konsultacije Fizičkog fakulteta, sa kojima bi išli kao zajednička ponuda, molim Vas da razdvojite po sledećim partijama:

Partija 1 da budu

1 Termometar

2 Vaga

3 Ph-metar

5 Transfer pipeta

6 Dispenzeta

8 Rotametar, opseg 0,5-15dm³/min, Lanzoni, Italija

9 Objekt mikrometar Olympus AX001(OB-M), proizvođač Olympus

Partija 2 da budu

Konduktometar i teg.

Odgovor

- Naručilac ostaje pri opredeljenju da predmetna javna nabavka ne bude oblikovana po partijama.

U skladu sa napred navedenim izmenama i dopunama konkursne dokumentacije, biće sačinjen prečišćen tekst konkursne dokumentacije koji će biti objavljen dana 05.03.2018. godine na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

Imajući u vidu da su izvršene izmene i dopune predmetne konkursne dokumentacije, produžava se rok za dostavljanje ponuda do 12.03.2018. godine (ponedeljak), do 09,00 sati, dok će se otvaranje ponuda obaviti istog dana sa početkom u 11,00 sati.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU

Predsednik Komisije

Dr Vesna Pešić

Vesna Pešić