



PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Univerzitet u Novom Sadu

FACULTY OF SCIENCES
University of Novi Sad

TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 3, 21000 NOVI SAD, SRBIJA (SERBIA)

tel +381.21.455.630 fax +381.21.455.662 e-mail dekanpmf@uns.ac.rs web www.pmf.uns.ac.rs

PIB 101635863 MB 08104620

Broj: 0601-49/4-20

Datum: 04.03.2016.

Predmet: Laboratorijska centrifuga sa rezervnim delovima i potrošnim materijalom neophodnim za rad centrifuge za potrebe projekta SCOPES IZ73Z0_152527/1, Departman za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu
- dodatne informacije - pojašnjenja.

Poštovani,

Saglasno odredbi člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br. 124/12, 14/15 i 68/15), na traženje pojašnjenja odnosno dodatne informacije, dostavljamo sledeći odgovor:

Pitanje

- Da li je prihvatljivo ponuditi centrifugu visine do 49 cm sa ostalim dimenzijama koje se uklapaju u tražene, težine 124kg?
- Da li je odgovarajuće ponuditi centrifugu maksimalne buke 62 dB sa ponuđenim rotorom?
Za rotor 2:
- Molim vas da definišete dimenzije epruveta sa kojima ćete raditi kod traženog adaptera za fiksni rotor za epruvete 7-15ml, kapaciteta 12 kom po rotoru? Da li je prihvatljivo ponuditi adapter za epruvete maks. dimenzija $\varnothing 17.5 \times 90$ mm

Odgovori

Nije prihvatljivo.

Prihvatljivo je ponuditi centrifugu čiji je maksimalni nivo buke ≤ 60 db.

Nije prihvatljivo ponuditi adapter navedenih dimenzija, zato što su dimenzije potrebnih epruveta za rad 16mmx127mm.



Zamenik predsednika Komisije

Dragana Čučak, asistent