



PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Univerzitet u Novom Sadu

FACULTY OF SCIENCES
University of Novi Sad

TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 3, 21000 NOVI SAD, SRBIJA (SERBIA)

tel +381.21.455.630 fax +381.21.455.662 e-mail dekanpmf@uns.ac.rs web www.pmf.uns.ac.rs

PIB 101635863 MB 08104620

Broj: 0601-52/4-3

Datum: 12.01.2015.

Predmet: Nabavka PCR THERMOCYCLER laboratorijskog uređaja
za potrebe Departmana za biologiju i ekologiju
- dodatne informacije - pojašnjenja.

Poštovani,

Saglasno odredbi člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br. 124/12), na traženje pojašnjenja odnosno dodatne informacije, dostavljamo sledeći odgovor:

Pitanje

Molim Vas da pojasnite da li je u JNMV 66/2014 dozvoljeno ponuditi uređaj nešto većih dimenzija i težine od zahtevanih i sa većom maksimalnom potrošnjom struje s obzirom da uređaj koji bismo ponudili ima sve funkcionalne karakteristike poput max. brzine, rampa i zagrevanja poklopca kao i memorije poseduje bolje nego traženo? Da li je dozvoljeno ponuditi uređaj sa touch screen tj displejom sa upravljanje na dodir - bez mekih dugmića?

Molimo da objavite i procenjenu vrednost ove nabavke bez PDV

Odgovor

Konkursnom dokumentacijom predmetne javne nabavke utvrđene su karakteristike traženog uređaja i nisu dozvoljena odstupanja.

Neophodno je da ponuđeni uređaj ispunjava sve tražene tehničke karakteristike, uz napomenu da ponuđač može, osim navedenog modela, da ponudi i svaki drugi odgovarajući model koji ispunjava sve tražene uslove, odnosno koji ima karakteristike propisane konkursnom dokumentacijom.

Procenjena vrednost predmetne javne nabavke je 550.000,00 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Molimo vas, da napred navedeno imate u vidu prilikom sačinjavanja ponude.

Srdačan pozdrav,

Predsednik Komisije

Dr Goran Anačkov, vanredni profesor