



PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET  
Univerzitet u Novom Sadu

FACULTY OF SCIENCES  
University of Novi Sad

TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 3, 21000 NOVI SAD, SRBIJA (SERBIA)

tel +381.21.455.630 fax +381.21.455.662 e-mail dekan@pmf.uns.ac.rs web www.pmf.uns.ac.rs

PIB 101635863 MB 08104620

Broj: 0601-52/66-39

Datum: 22.12.2015.

Predmet: materijal za obrazovanje i nauku -stakleni laboratorijski pribor  
- dodatne informacije - pojašnjenja.

Saglasno odredbi člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br. 124/12, 14/15 i 68/15), na traženje pojašnjenja odnosno dodatne informacije, dostavljamo sledeći odgovor:

### Pitanja i odgovori

Stavka 6, 20, 29- pokrovnna stakla , niste stavili dimenzije , da li je prihvatljivo ponuditi 18x18?

**Da**

Stavka 8-petri posuda –da li je došlo do štamparske greške t.j. da li se mislilo na R=60mm?

**Da, misli se na R=60x15 mm**

Stavka 18-da li je prihvatljivo ponuditi viae zapremine 15ml?

**Da**

Stavka 21-na koji tip boce za serum ste mislili I koje zapremine?

**Podaci o dobru koje se traži: proizvođač Simax, cat br. 1632511101968, kapacitet 20 lit, d(mm) 286, h(mm) 470, šlif: Sj60/46**

Stavka 159.- da li je prihvatljivo ponuditi reagens bocu od 250ml?

**Da**

Stavka 161.- staklene epruvete, s obzirom da je zahtev vrlo specifičan , molimo Vas da nas uputite odgovarajućim kataloškim brojem na proizvođača istih?

**Nemamo proizvođača ni kataloski broj**

Stavka 162.- s obzirom da je tražena velika količina ( 300 kom) da li je prihvatljivo ponuditi tikvice od 2ml sa plastičnim zatvaračem?

**Nije prihvatljivo ponuditi tikvice od 2ml sa plastičnim zatvaračem**

Stavka 222.- pošto ne postoji klipna pipeta od 0,1ml, da li je u pitanju štamparska greška ili se misli na automatsku pipetu od 100µl?

**Gradacija pipete treba da bude 0,1 ml**

Stavka 253.- da li je prihvatljivo ponuditi hromatografsku kolonu 800x40mm?

**Nije prihvatljivo ponuditi hromatografsku kolonu 800x40mm**

Stavka 286.-da li se misli na pakovanje 1/100 ?

**Da, misli se na pakovanje 1/100 kom.**

### Pitanja i odgovori

Stavka br.29 – Pakovanje pokrovnih stakala zavisno od proizvođača je 100 ili 200kom a kod Vas je navedeno 1000kom u pak. Da li je u pitanju greška ili je stvarno potrebno ponuditi ovu kolicinu?

**Da, u pitanju je tehnička greška, treba da stoji 100 kom.**

Stavka br.161 – Da li je prihvatljivo ponuditi staklene epruvete zapremine 40ml?

**Nije prihvatljivo ponuditi staklene epruvete zapremine 40ml**

Stavke br.270, 351 – Da li Vam je potrebna samo boca od 1000ml ili Vam je potreban dispenser sa bocom. Ukoliko je potreban dispenser molimo da precizirate zapreminu 1-10ml; 2.5-25ml; 5-50ml; 10-100ml

**Potrebna je boca od 1000ml**

Stavka br.311 – Da li ste mislili na gumice za boce kapalice, ako ne molimo za više detalja

**Misli se na kapalice za uzimanje uzoraka iz reagens boca**

Stavka br.360 – U opisu artikla ste naveli dve vrste flašica od 5 I 10ml. Molimo Vas da ovu stavku raščlanite na dve stavke jer nije ista prodajna cena

**Potrebne su nam bočice od 10 ml za čuvanje praškastih uzoraka**

### **Pitanja i odgovori**

Stavke 6, 20, 29 –navedite dimenzije pokrovnih stakala?

**18mm x 18mm**

Stavke 123 I 160 – Koje debljine zida treba da budu cevi?

**Bitan je prečnik a ne debljina staklenog zida**

Stavke 139 I 140 –da li treba ponuditi samo biretu ili u kompletu sa bocom i pumpicom?

**Treba ponuditi biretu u kompletu sa bocom i pumpicom**

Stavke 144. I 145. – da li se trazi balon sa ravnim ili okruglim dnom?

**Balon sa okruglim dnom**

Stavka 161- molim proizvođača I kataloski broj

**Nemamo proizvođača ni kataloški broj**

Stavka 162. Obzirom da standardne trikvice za merenje pocinu od zapremine 5 ml, ukoliko zelite 2 ml, mogu li se ponuditi trapeznog oblika sa slifom 7?

Ukoliko ne moze, molimo da navedete kataloski broj I proizvođača za artikal sa karakteristikama koje trazite.

**Ne mogu se ponuditi trapeznog oblika sa slifom .nemamo kataloški broj I proizvođača**

Stavka 165 – Da li je u pitanju vazdusni hladnjak? Sa slifom ili bez slifa?

**U pitanju vazdusni hladnjak sa šlifom. postoji kataloški broj stavke**

Stavke 217 I 221 – da li je u pitanju greska ili bas treba da budu dimenzije 160x10 mm? Molim kataloski broj I proizvođača

**Nije u pitanju greska treba da budu dimenzije 160x10 mm**

Stavka 219 – Ima vise kapilara, molim precizirajte ili katalodki broj

**nemamo kataloski broj**

Stavka 222 – zapremina klipnih pipeta pocinje od 1 ml, ako nije greska u zahtevu da budu 0,1 ml, molim kataloski broj

**Gradacija pipete treba da bude 0,1 ml**

Stavke 269 I 349 – navedite dimenzije stapica

**Nemamo dimenzije stapica - u pitanju su stapići za mešanje**

Stavka 273 – Da li treba da bude jedan ili dva slifa?

**Sa dva slifa**

Stavka 311 da li treba samo stakleni deo kapalice ili sa gumicom?

**Samo stakleni deo kapalice**

Stavke 314 i 315 – Da li mislite na birete po Bangu? Ako ne, molim kataloski broj

**Mislimo na birete po Bangu**

Stavke 317,318 I 319 – Da li treba da bude okruglo ili ravno dno?

**Treba da bude okruglo dno**

Stavka 343 I 359 – molim vas navedite dimenzije epruvete, obzirom da je u opisu stavke 343” mala epruveta 10 ml”, a u stavci 359 “velika epruveta 10 ml”

**Obe stavke su epruvete od 10 ml**

Stavka 360 – Da li treba bocice da budu sa navojem, kakav je zapusac? Obzirom da se trazi od 5ml i 10 ml u jednoj koloni, kako formirati cenu, kada ona nije ista za 5 ml I 10 ml?

**Potrebne su nam bočice od 10 ml za čuvanje praškastih uzoraka**

Stavka 382 – Da li treba da budu negraduisane ili graduisane?

**Negraduisane**

Stavka 390 – Moze li se ponuditi staklena tikvica za jodni broj?

**Ne moze se ponuditi staklena tikvica za jodni broj**

Stavka 395 – Da li se moze ponuditi tikvica ravno dno? Da li treba da ima zapušač ili ne? Ako ne moze tikvica, molim da se pojasni na kakvu bocu se misli ili kataloski broj

**Da, može se ponuditi tikvica ravno dno, ne treba da ima zapušač**

Stavka 417 – Od kog materijala treba ponuditi stalak, drveni, metalni...I za koji prečnik epruvete?

**Treba ponuditi metalni stalak za standardne epruverte 160mm\*10mm**

Stavka 418 - Navedite duzinu stapica

**Nemamo dužinu stapica - u pitanju su stapići za mešanje**

Stavke 421-424 – Da li treba ponuditi usko ili široko grlo?

**Može i usko i široko grlo**

Stavka 471 – Da li treba usko ili široko grlo?

**Može i usko i široko grlo**

**Pitanje**

U tabeli gde se upisuju cene – u koloni PDV, da li treba upisati 20% ili iznos PDVa u din za jedinicnu cenu ili za ukupnu vrednost?

**Odgovor**

Treba upisati iznos PDV u dinarima za jediničnu cenu.

**Pitanje**

Stavka 327. – levak za odvajanje može biti po Squibu ili cilindrican, ne može i jedno i drugo jer su dva različita oblika. Ako mislite na levak za odvajanje, molim precizirajte koji odlik zelite

**Odgovor**

Postoji kataloški broj stavke Glacier 212.2008.07. U pitanju je cilindrični levak za odvajanje.

**Pitanje**

Na više pozicija ste naveli kao poseban zahtev ROTH i njihove kataloske brojeve (poznato je da ROTH nije proizvođač laboratorijskog stakla), kao i nekih drugih proizvođača, a niste naveli da je dozvoljeno ponuditi ekvivalent, kao što je to predviđeno Zakonom o Javnim nabavkama. Molim vas odgovor da li je dozvoljeno ponuditi ekvivalent gde god ste naveli određenog proizvođača.

**Odgovor**

Da, mogu se ponuditi i odgovarajuća dobra, kako je i navedeno u tehničkoj specifikaciji i obrascu ponude, iznad tabelarnog dela.

**Pitanje**

Koji tačno dokument treba da se dostavi kako bi se ispunio dodatni uslov za učešće u postupku javne nabavke, definisane članom 76. zakona, u kome tražite od preduzeća da dostavi da je aktivan u kontinuitetu u predmetnoj delatnosti najmanje 3 (tri) godine, pre godine u kojoj je objavljen poziv za podnošenje ponuda (2012.,2013.,2014.).


**Odgovor**

Treba dostaviti izvod iz APR.

**Saglasno navedenom, izvršene su izmene konkursne dokumentacije i produžen rok za dostavljanje ponuda za 28.12.2015. godine (ponedeljak), do 09,00 sati.**

**Otvaranje ponuda će se obaviti 28.12.2015. godine sa početkom u 10,00 sati.**

S poštovanjem,



Zamenik predsednika Komisije

Saša Horvat