



PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Univerzitet u Novom Sadu

FACULTY OF SCIENCES
University of Novi Sad

TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 3, 21000 NOVI SAD, SRBIJA (SERBIA)

tel +381.21.455.630 fax +381.21.455.662 e-mail dekan@pmf.uns.ac.rs web www.pmf.uns.ac.rs

PIB 101635863 MB 08104620

Broj: 0601-50/60-15

Datum: 18.12.2017.

Predmet: Sitna laboratorijska oprema, za potrebe
Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.
- zahtev za pojašnjenje – odgovor na zahtev.

Saglasno odredbi člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br. 124/12, 14/15 i 68/15), na traženje pojašnjenja odnosno dodatnih informacija, dostavljamo sledeći odgovor:

Pitanje 1:

1.1, U konkursnoj dokumentaciji na strani 4 od 48, u delu "Tehnicke specifikacije", navedene su tehničke karakteristike uređaje koji su potpuno nezavisni. Kako biste omogućili realnu konkurenciju među ponuđačima, najbolji odnos cene i kvaliteta na tržištu, u smislu odredbi člana 10. i 11. Zakona o javnim nabavkama, a imajući u vidu da navedena dobra nisu u funkcionalnoj vezi, molimo Vas da navedene uređaje u okviru partije, razdelite na zasebne partije.

1.2, U konkursnoj dokumentaciji na strani 38 od 48, u delu "uputstvo ponuđačima kako da sace ponudu", navedeno je da ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku, i da ukoliko ponuda sadrži dokument na stranom jeziku, obavezno je uz dokument dostaviti i prevod na srpski jezik, overen od strane sudskog tumača.

Da li ce biti prihvatljivi dokazi na engleskoin jeziku koji se nalaze na originalnim brošurama i u uputstvu za upotrebu proizvođaca ili prevod na srpski jezik na memorandumu ponuđača pečatiran i potpisan od strane ovlašćenog lica ponuđača opreme? Takođe, da li će biti prihvaćeno ukoliko se uz ponudu dostave sertifikati servisera na engleskom jeziku i li prevod na srpski jezik koji će isto biti na memorandumu, pečatiran i potpisan od strane ovlašćenog lica ponuđača opreme?

1.3, U konkursnoj dokumentaciji na strani 6 od 48, u delu "dodatni uslovi" naveden je kadrovski kapacitet da ponuđač priloži ugovor o angažovanju za najmanje 3(tri) lica.

Smatraino da je nepotrebno sa stanovništa predmeta konkretne Javne nabavke zahtevati dokaze za tri angažovana lica, jer naručilac i ne može da obrazloži zašto je potrebno angažovanje za 3 lica u konkretnom slučaju, čime je povredio član 76. Stav 6 ZJN koja ga obavezuje da dodatne uslov za učešće odredi tako da ti uslovi ne diskriminišu ponužače i da su u logičkoj vezi sa predmetom Javne nabavke.

1.4, U konkursnoj dokumentaciji u Prilogu A konkursne dokumentacije, pod rednim brojein 4 „tehnicka vaga", tražen je tas prečnika 135 min.

Da li ce biti prihvatljiv uređaj koji ima veličinu tasa 108x105 mm, s obzirom da uređaj poseduje ostale karakteristike bolje od traženih

Odgovor 1:

- 1.1. Naručilac ostaje pri opredeljenju da predmetna javna nabavka ne bude oblikovana po partijama.
- 1.2. Naručilac ostaje pri opredeljenju da, dokazi na engleskom jeziku koji se nalaze na originalnim brošurama i u uputstvu za upotrebu proizvođača, moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane sudskog tumača. Naručilac će prihvatiti sertifikat servisera na engleskom jeziku, bez obaveze prevoda na srpski jezik.
- 1.3. Naručilac ostaje pri opredeljenju da potencijalni ponuđač mora da, u sklopu »Dodatnih uslova« dostavi tražene dokaze za odgovarajući »Kadrovski kapacitet«. Na ovaj način, Naručilac ne želi da diskriminiše potencijalne ponuđače, već naprotiv, da obezbedi da se u predmetnom postupku angažuju ozbiljni ponuđači, koji će u svakom momentu, po ukazanoj potrebi, biti dostupni Naručiocu u najkraćem mogućem roku.
- 1.4. Tehnička vaga u stavki 4. mora imati tas prečnika 135mm.

Pitanje 2:

Stavka br 5: Flocculators Velp FCS serije – da li želite aparat sa 4 ili 6 pozicija?

Odgovor 2:

U stavki 6. Flokulator potrebno je ponuditi opremu/uređaj sa šest pozicija/mesta.

Napred navedeni odgovor biće objavljen 18.12.2017. godine na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.



KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU
Predsednik Komisije
Vesna Pešić
Dr Vesna Pešić, stručni saradnik