



PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Univerzitet u Novom Sadu

FACULTY OF SCIENCES
University of Novi Sad

TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 3, 21000 NOVI SAD, SRBIJA (SERBIA)

tel +381.21.455.630 fax +381.21.455.662 e-mail dekan@pmf.uns.ac.rs web www.pmf.uns.ac.rs

PIB 101635863 MB 08104620

Broj: 0601-1/31-19

Datum: 01.11.2019.

Predmet: Materijal za obrazovanje i nauku – potrošni laboratorijski materijal i pribor – Potrošni laboratorijski pribor, po partijama - dodatne informacije - pojašnjenja.

U skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15, daljem tekstu: ZJN), na traženje pojašnjenja odnosno dodatne informacije, dostavljamo sledeći odgovor:

Pitanje

vezano za otvoreni postupak JN 0601-1/31 - Materijal za obrazovanje i nauku, Potrošni laboratorijski pribor po partijama, molimo vas za dodatno pojašnjenje:

partija 30 - "PCR 96-well plates, DNase-Rnase free, suitable for qPCR" - molimo Vas da navedete da li tražene ploče treba da imaju "skirted" ili "half-skirted" ivice, kao i proizvođača i model PCR aparata u kojem će se ploče koristiti.

Odgovor

Aparat je Agilent Technologies Stratagene Mx3005P, a ploče treba da budu QPCR 96-Well Plates, Non-Skirted; 96-Well Non-Skirted Polypropylene PCR Plate for use with Mx3000P / Mx3005P QPCR Systems. Compatible with our Mx3000P / Mx3005P Optical Strip Caps (PN 401425).

Napred navedeni odgovor biće objavljen dana 01.11.2019. godine na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioaca.



KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU
Zamenik Predsednika Komisije

Dr Saša Horvat, docent